



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ**

№ ФС-2006/062

от «05» мая 2006 г.

Действительно до «05» декабря 2010 г.

Название медицинской технологии:

**ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ПАРОДОНТА**

**Аннотация:**

Медицинская технология предназначена для лечения пародонтитов, гингивитов и других заболеваний слизистой оболочки полости рта методом фотодинамической терапии с использованием 1% геля «Фотодитазин», обладающего фотосенсибилизирующими свойствами, и лазерного излучения, длина волны которого соответствует пику поглощения фотосенсибилизатора. Метод основан на селективном насыщении патологических тканей фотосенсибилизирующим гелем путем аппликаций его из расчета 0,1 мл на 1 см<sup>2</sup> поверхности на поряженные участки десен и слизистой оболочки полости рта и дозированном световом лазерном воздействии. \*Поглзания, противопоказания и материально-техническое оснащение изложены в приложении.

**Заявитель:**

ЗАО «ВЕТА-ГРАНД» (123056, г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 38, стр. 1)

**Масштаб использования:**

Специализированные отделения лечебно-профилактических учреждений.

**Медицинская технология предназначена для врачей-стоматологов.**

**Руководитель  
Федеральной службы**

**Р.У.Хабриев**



(подпись, печать)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**

№ ФС-2006/062

от «05» мая 2006 г.

**Название медицинской технологии:**

**ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ПАРОДОНТА**

**Показания:**

- Пародонтиты различной степени тяжести;
- Гингивиты и воспалительные заболеваний слизистой оболочки полости рта;
- Непереносимость лекарственных препаратов;
- Отказ больных от традиционных методов лечения.

**Противопоказания:**

- Лихорадочные состояния;
- Обострение воспалительных процессов;
- Истощение организма;
- Инфекционные заболевания в острой стадии;
- Злокачественные новообразования или подозрение на их развитие;
- Системные заболевания крови;
- Идиосинкразия к фотосенсибилизаторам;
- Беременность;
- Детский возраст.

**Материально-техническое обеспечение медицинской технологии:**

- Полупроводниковые лазерные аппараты, имеющие длину волны от  $661 \pm 1$  нм, разрешенные к медицинскому применению в установленном порядке;
- Гель косметический «Фотодитазин» (санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.15.Д.008349.12.05).

**Руководитель  
Федеральной службы**

**Р.У.Хабриев**



(подпись, печать)