



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ ФС-2006/063

от «05» мая 2006 г.

Действительно до «05» декабря 2010 г.

Название медицинской технологии:

### ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ВУЛЬГАРНЫХ УГРЕЙ

**Аннотация:**

Метод основан на селективном насыщении патологических тканей пациента 1% фотосенсибилизирующим гелем «Фотодитазин» путем его аппликаций на пораженные участки из расчета 0,1 мл на 1 см<sup>2</sup> поверхности и дозированном местном лазерном воздействии. Экспозиция фотосенсибилизатора на поверхности раны должны составлять 1-1,5 часа. Метод отличается от традиционных избирательным воздействием на патогенную микрофлору за счет селективного накопления фотосенсибилизатора в микробной клетке и инфицированных тканях, у патогенных микроорганизмов не развивается устойчивости, что важно при лечении хронических инфекционных процессов.

\*Показания, противопоказания и материально-техническое оснащение изложены в приложении.

**Заявитель:**

ЗАО «ВЕТА-ГРАНД» (123056, г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 38, стр. 1)

**Масштаб использования:**

Специализированные отделения лечебно-профилактических учреждений.

**Медицинская технология предназначена для врачей дерматовенерологов.**

Руководитель  
Федеральной службы

Р.У.Хабриев



печать)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**

№ ФС-2006/063

от «05» мая 2006 г.

**Название медицинской технологии:**

**ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ  
ВУЛЬГАРНЫХ УГРЕЙ**

**Показания:**

Вульгарные угри различной локализации и степени выраженности.

**Противопоказания:**

- нарушение функции печени, почек, сердечно-сосудистой системы в стадии декомпенсации;
- повышенная кожная фоточувствительность;
- идиосинкразия к фотосенсибилизаторам;
- беременность;
- детский возраст.

**Материально-техническое обеспечение медицинской технологии:**

- Полупроводниковые лазерные аппараты, имеющие длину волны от  $661 \pm 1$  нм, разрешенные к медицинскому применению в установленном порядке;
- Гель косметический «Фотодитазин» (санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.15.915.Д.008349.12.05).

**Руководитель  
Федеральной службы**

**Р.У.Хабриев**



(подпись, печать)